



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort

Unité
Virologie, Immunologie et Parasitologie
Aviaires et Cunicoles

Laboratoire National de Référence pour
l'Influenza aviaire et la maladie de Newcastle



N° ATTESTATION : 220088

ATTESTATION INITIALE DE CONFORMITE

Demandeur : société IDEXX

Coordonnées de la personne contact : Mme Lina Espejo

Dénomination commerciale du réactif : Kit de détection d'anticorps contre le virus de l'Influenza A

Référence (s) fournisseur du réactif : IDEXX Influenza A Ab Test

Réactif utilisé pour : la détection des anticorps dirigés contre la nucléoprotéine du virus Influenza A dans les sérums aviaires

Par la technique : ELISA

Sur la (les) matrice(s) : sérum individuel aviaire

Date de réception du réactif soumis au contrôle : 28 octobre 2022

N° du lot : 22120 Date de péremption : 17/10/2023

Version de la notice d'utilisation : 06-53101-07

Date de conformité du dossier de caractérisation : 22 décembre 2022

Date de réalisation du contrôle du produit : 7 novembre et 13 décembre 2022

Résultats obtenus ayant abouti à la déclaration de conformité du kit : résultats conformes aux critères d'acceptabilité décrit dans l'AMI référence 220001, pour la vérification des caractéristiques d'inclusivité, d'exclusivité, de LD méthode, de loi dose-effet, de spécificité et sensibilité et diagnostiques.

Date

22/12/2022

Signature et fonction du responsable du contrôle

Éric NIQUEUX

Responsable-adjoint du LNR Influenza Aviaire